



231012051558



LKHJ-ZY-BG-001

检测 报 告

宁联凯（环境）第〔25040640〕号

检测类别:

委托检测

委托单位:

南京威尔药业科技有限公司

南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二五年四月二十八日

声 明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区智能制造产业园（中山片区）科创大道9号C7幢2、3、4层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

南京联凯环境检测技术有限公司
检测报告

委托单位	南京威尔药业科技有限公司	单位地址	南京市江北新区赵桥河南路 51 号
联系人	方云生	联系电话	15062292525
样品类别	地下水		
采样人员	李金、袁帝		
采样日期	2025. 04. 21	分析日期	2025. 04. 21-2025. 04. 24
检测目的	委托检测		
检测内容	见表 3		
检测依据	见表 3		
检测结果	见表 2		
备注	采样频次按委托方要求		
编制人: 洪梦蝶 审核人: 高志南 签发人: 孙福 2025 年 4 月 28 日 2025 年 4 月 28 日 2025 年 4 月 28 日 			

表 1 地下水样品信息

样品类别	地下水	采样人员	李金、袁帝
采样日期	2025. 04. 21	检测日期	2025. 04. 21- 2025. 04. 24
地下水点位：			
点位名称	实验室编号	经纬度	样品状态
D1 危废库附近（上游）	XS25042137003	32. 278254° N 118. 839960° E	无色、无味、无浮油
D2 厂区南侧（下游）	XS25042137002	32. 275783° N 118. 838923° E	无色、无味、无浮油
D3 污水处理站附近	XS25042137001	32. 277027° N 118. 839583° E	无色、无味、无浮油

表 2 检测结果（地下水）


采样日期:2025 年 04 月 21 日

检测点位 检测项目	D1 危废库附近 （上游）	D2 厂区南侧 （下游）	D3 污水处理站附近
pH 值（无量纲）	7.2	7.2	7.0
氟化物（mg/L）	0.22	0.21	0.20
耗氧量（mg/L）	1.4	0.8	0.3
化学需氧量（mg/L）	13.1	10.9	12.9
磷（mg/L）	ND	ND	ND
六价铬（mg/L）	0.016	0.014	0.018
溶解性固体总量（mg/L）	1.20×10 ³	1.18×10 ³	1.23×10 ³
石油类（mg/L）	0.02	0.02	0.02
铁（mg/L）	ND	ND	0.00748
总氮（mg/L）	3.14	0.23	0.55
总硬度（mg/L）	586	561	625
备注	磷的检出限为 0.04mg/L, 铁的检出限为 0.00082mg/L		

表 3 检测内容及依据

样品类别	检测项目	检测依据
地下水	六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021
	溶解性固体总量	地下水水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021
	耗氧量	地下水水质分析方法 第 68 部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021
	磷	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 HJ 970-2018
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014

附图



☆地下水检测点

环境检测有限公司
3201

主要检测用仪器

检测项目	仪器名称	仪器型号	编号	溯源有效期	人员
铁	电感耦合等离子体质谱仪	7800	LKHJ-A-196	2026 年 02 月 17 日	熊江宁
总氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	LKHJ-A-467	2025 年 12 月 18 日	洪家雯
石油类					李君瑶
六价铬	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-444	2025 年 05 月 27 日	张彤
氟化物	实验室 pH 计	PHSJ-4F	LKHJ-A-508	2025 年 09 月 25 日	包欢
化学需氧量	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	LKHJ-A-467	2025 年 12 月 18 日	许诺
pH 值	便携式酸度计	SX711 型	LKHJ-A-476	2026 年 04 月 01 日	李金、袁帝
耗氧量	具塞滴定管	25ml	LKHJ-C-048	2026 年 05 月 17 日	刘宝婷
磷	电感耦合等离子发射光谱仪	iCAP PRO X	LKHJ-A-440	2026 年 04 月 09 日	杨阳
总硬度	具塞滴定管	50ml	LKHJ-C-020	2026 年 09 月 14 日	冯敏芹
全盐量	电子天平	BSA124S	LKHJ-A-472	2026 年 03 月 26 日	
	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	LKHJ-A-446	2025 年 05 月 27 日	

（以下空白）